



Hospital
SANTA IZABEL

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

A

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
010765-Monitor para Imagens Radiológicas	005/2024	01	946454/2023	109.821,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				13/11/2023

Item 1 - Oxímetro de Pulso (Mesa)

Fornecedor:	IMX	KONIMAGEM	RADIX			
Fabricante:	IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED - CHINA	BARCO NV - BÉLGICA	EIZO CORPORATION - JAPÃO			
Modelo:	C32S+	MDCC-6530	EIZO RDIFORCE RX370			
Prazo de Garantia	12 (doze) meses	12 (doze) meses	36 (trinta e seis) meses			
Assistência Técnica	Não informa	Não informa	Sim. No estado de São Paulo			
ANVISA	81655630042	80822240011	81596770002			
VALOR TOTAL	96.000,00	78.000,00	48.590,00			

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

EQUIPAMENTO DA IMX, modelo C32S+:

Equipamento proposto atende o termo de referência.

Proposta apresenta dois registros na ANVISA 81423030006

EQUIPAMENTO DA KONIMAGEM, modelo MDCC-6530:

Equipamento proposto atende o termo de referência.

Tem registro ativo na ANVISA 80822240011


EQUIPAMENTO DA RADIX, modelo EIZO RDIFORCE RX370:

Equipamento proposto atende o termo de referência.

Tem registro ativo na ANVISA 81596770002

OBSERVAÇÃO:

Recomendamos a aquisição com o fornecedor RADIX.

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
12/06/2024	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	

Fabrício L. F. Tourinho
Gerente de Engenharia Clínica
CREA-BA 79626
Santa Casa da Bahia