

# AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

A

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
010765-Monitor para Imagens Radiológicas	004/2024	04	943893/2023	439.289,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				13/11/2023

## Item 1 - Oxímetro de Pulso (Mesa)

Fornecedor:	IMX	KONIMAGEM	RADIX			
Fabricante:	IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED - CHINA	BARCO NV - BÉLGICA	EIZO CORPORATION - JAPÃO			
Modelo:	C32S+	MDCC-6530	EIZO RDIFORCE RX370			
Prazo de Garantia	12 (doze) meses	12 (doze) meses	36 (trinta e seis) meses			
Assistência Técnica	Não informa	Não informado	Sim. No estado de São Paulo			
ANVISA	81423030006	80822240011	81596770002			
VALOR TOTAL	384.000,00	312.000,00	194.360,00			

### DESCRIPTIVO TÉCNICO:

#### EQUIPAMENTO DA IMX, modelo C32S+:

Equipamento proposto atende o termo de referência.  
Proposta apresenta dois registros na ANVISA 81423030006

#### EQUIPAMENTO DA KONIMAGEM, modelo MDCC-6530:


Equipamento proposto atende o termo de referência.  
Tem registro ativo na ANVISA 80822240011

#### EQUIPAMENTO DA RADIX, modelo EIZO RDIFORCE RX370:

Equipamento proposto atende o termo de referência.  
Tem registro ativo na ANVISA 81596770002

### OBSERVAÇÃO:

Recomendamos a aquisição com o fornecedor RADIX.

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
12/06/2024	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	

Fabrício L. F. Tourinho  
Gerente de Engenharia Clínica  
CREA-BA 79626  
Santa Casa da Bahia