



Hospital
SANTA IZABEL

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
000483-Aparelho para Hemodiálise	005/2025	01	958896/2024	92.148,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				23/12/2024


Item 1					
Fornecedor:	B BRAUN				
Fabricante:	B BRAUN				
Modelo:	DIALOG+ HDF ONLINE				
Prazo de Garantia					
Assistência Técnica					
ANVISA	80136990498				
VALOR TOTAL	92.000,00				

DESCRIPTIVO TÉCNICO:

EQUIPAMENTO DA B BRAUN, modelo DIALOG+ HDF ONLINE:

O registro do equipamento na ANVISA está válido. O equipamento atende aos requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos no Termo de Referência. A solução ofertada contempla as principais especificações exigidas, incluindo registro ANVISA válido, compatibilidade com HDF e HD, monitorização avançada, sistema de desinfecção automatizado, bomba de heparina integrada, cálculo de Kt/V em tempo real e conformidade com normas de segurança e eletromedicina

OBSERVAÇÃO: Sugerimos seguir com a aquisição do B BRAUN, modelo DIALOG+ HDF ONLINE

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
06/03/2025	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	 Fabrício L. F. Tourinho Gerente de Engenharia Clínica CREA-BA 79626 Santa Casa da Bahia