



Termo de Referência nº 006/2025 – Convênio nº 958896/2024

Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Quantidade:

Item	Descrição	Quantidade
1	001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	10

Especificação do Objeto:

CAMA HOSPITALAR ADULTA ELÉTRICA com carga de trabalho segura mínima de 250kg; mínimo de 3 motores, com 2 controles em membrana iconográficos via botoeiras com acesso interno/externo, localizados nas guardas laterais do leito; Os comandos elétricos incluem no variação de altura alto/baixo, trend/reverso, elevação de cabeceira, semi-cadeira, acionados através de comando e manobras elétricas para eficiência do fluxo de trabalho e ergonomia do cuidador; articulação da cabeceira e joelhos simultâneos capaz de impedir o deslocamento involuntário do paciente em direção a peseira; posição de pés vasculares mecânico ou elétrico; indicador visual externo de ângulo trend/reverso visualmente localizado na grade lateral da plataforma, mínimo de 2 rodízios com acionamento de freios e direção central; deve possuir a quinta roda; placas de cabeceira e peseira removíveis para acesso cefálico com sistema de encaixe e travas que impeçam a retirada não intencional/acidental durante o transporte, com pegas vazadas na cabeceira e na peseira; grades laterais bipartidas, com sistema de liberação seguro, pneumático, sem ruído, revestida em termoplástico; grades laterais deve possibilitar zona de saída segura maior ou igual a 318mm, em conformidade com a iec 60.601.2.52; para-choques emborrachados posicionados nas 4 extremidades da cama; estrutura em tubos de aço retangular com acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-corrosivo ou anti-ferruginoso, revestida por termoplástico, com estrutura aberta para fácil limpeza e desinfecção; dispositivo de fixação ou retenção do colchão em todo o perfil do estrado capaz de adaptar o colchão a plataforma de repouso e prevenir pontos de aprisionamento de cabeça, tórax e demais membros;



bateria de backup e/ou reserva integrada para casos de pane elétrica temporária; bivolt automático; alça bilateral de cpr com destravamento mecânico com descida amortecida para evitar queda brusca para acesso eficiente e ressuscitação cardíaca em tempo hábil; trava de controles e funções elétricas; suporte de sorro; estrado fixo em aço e/ou removível em termoplástico ou abs ou uretano ou poliuretano injetado e/ou plástico inflado ou moldado, com estrutura aberta, sem rebarbas; Ganchos para bolsa de drenagem; elevação de cabeceira maior ou igual a 65°; A posição baixa do chão a plataforma deve ser menor ou igual a 45cm; declive (reverso) semi-ortostático maior ou igual a 12°; roldanas de no mínimo 13cm; Colchão em espuma adaptável a estrutura da cama em viscoelástico, com capacidade de peso mínima de no mínimo 180kg, com propriedades de prevenção e controle de úlceras devidamente comprovadas pelo fabricante através de testes de qualidade, capa deve ser em poliuretano bidirecional ou nylon, resistente a fungos e bactérias, isento de látex, respirável, impermeável a penetração de líquidos e permeável a moléculas de vapor e umidade capaz de preservar a temperatura adequada entre pele/colchão, zíper embutido ou sem zíper, com espessura mínima de 14 cm para maior conforto, redistribuição de pressão e envolvimento do paciente sobre a superfície; O colchão deve ser produzido pelo fabricante da cama; Cama, colchão e acessórios devem ter registro na anvisa; Assistência técnica exclusiva autorizada no estado, inclui apresentar declaração de que após o término da garantia o fabricante garantirá a venda de peças de reposição diretamente ao cliente ou através de seus representante exclusivos; treinamento de utilização do produto; manual do usuário em português; produto deve atender as seguintes padronizações: iec 60601-1, en 606 01-2-52, iec 60601.1, iec 606 01-1-2; obrigatoriedade de assistência técnica local permanente no estado; Tipo de proteção contra choque elétrico baixo risco – Classe I

Não serão aceitos equipamentos com modulações ou variações, ou seja, equipamentos que sofram transformações ou adaptações em suas configurações padrão, conforme manual registrado na ANVISA, apenas para atender o descritivo. Não serão aceitos produtos que não descrevam detalhadamente no manual registrado na ANVISA, todas as características, recursos, capacidades, ou qualquer



outra informação técnica tanto do produto principal quando dos acessórios e consumíveis que acompanham o mesmo.

Valor Estimado da Aquisição:

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001002-Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	10	21.266,00	212.660,00

Justificativa:

Aquisição de equipamentos para substituição de equipamentos obsoletos. do Hospital Santa Izabel em Salvador/BA.

Prazo de Entrega:

Em até 90 (noventa) dias.

Prazo de Garantia:

12 (doze) meses, no mínimo.

Adjudicação:

Por item.

Classificação Orçamentária:

O recurso desta aquisição é do convênio **958896/2024** firmado com o Ministério da Saúde

Local de Entrega:

Hospital Santa Izabel, endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 500 - Nazaré, Salvador - BA, 40050-410.

Unidade Fiscalizadora:

Comissão de Compras.



Pedidos de Esclarecimento:

Serão aceitos pedidos de esclarecimento até 3 (três) dias antes do término do recebimento das propostas.

Observação:

Devido o recurso do convênio ser da União e o convênio ser operado por meio do portal Transferegov.br a preferência é de equipamentos nacionalizados, **em caso de equipamentos importados todas as despesas de importação serão a cargo do fornecedor, neste caso o fornecedor deverá encaminhar declaração de que manterá o valor da conversão da moeda estrangeira em reais da data da proposta e assumindo os valores da importação sem qualquer ônus para a Santa Casa da Bahia.** O Contrato de Fornecimento entre a Santa Casa de Misericórdia da Bahia e o Fornecedor será em moeda nacional (reais).

Salvador, 2 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Fabrício Lobo Ferreira Tourinho
Engenheiro Clínico – CREA-BA nº 79626

Mônica Bezerra
Diretora Corporativa de Tecnologia e Operações



ANEXO I

MODELO DA CARTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

COMISSÃO DE COMPRAS

Av. Joana Angélica, nº 79, Nazaré

CEO 40.050-001, Salvador/BA

Cidade/UF, XX de xxxxxxx de 20XX

REF: Cotação de Preços nº XX/201X

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa á Cotação de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação, conforme a seguir:

ITEM	
DESCRIÇÃO	
ESPECIFICAÇÃO	
QUANTIDADE	
VALOR UNITÁRIO R\$	
VALOR TOTAL R\$	

Valor total da proposta: R\$.....(.....)

Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Av. Joana Angélica, 79, Nazaré. Salvador-BA. CEP: 40.050-001
Tel. 71 2203-9666 - www.santacasaba.org.br



Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Forma de pagamento: Conforme estabelecido no Edital.

Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamento e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do Responsável pela Empresa

Cargo/Função – Carteira de Identidade (nº e órgão expedidor)



SantaCasaBA

ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO

I – Identificação do Proponente

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, representante legal. Declaro, para fins de comprovação junto ao Ministério da Saúde, sob as penas da lei, que a empresa _____, inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____/_____- _____, sediado(a) à _____ (endereço completo) _____, mantereí o valor da conversão da moeda _____ em R\$ _____ (_____ reais e _____ centavos) do dia ____/____/____, para a proposta de fornecimento do equipamento _____ do processo ____/____ do convênio ____/____, e assumirei todos os valores da importação e desembaraço sem qualquer ônus para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

II – Anexo a Procuração.

III – Autenticação

Data	Nome do Representante Legal	Assinatura do Representante Legal
____/____/____	_____	

