



Hospital  
SANTA IZABEL

# AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
000483-Aparelho para Hemodiálise	007/2025	01	958898/2024	92.148,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				20/12/2024


Item 1					
Fornecedor:	B BRAUN				
Fabricante:	B BRAUN				
Modelo:	DIALOG+ HDF ONLINE				
Prazo de Garantia					
Assistência Técnica					
ANVISA	80136990498				
VALOR TOTAL	92.000,00				

## DESCRIPTIVO TÉCNICO:

### EQUIPAMENTO DA **B BRAUN**, modelo **DIALOG+ HDF ONLINE**:

O registro do equipamento na ANVISA está válido. O equipamento atende aos requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos no Termo de Referência. A solução ofertada contempla as principais especificações exigidas, incluindo registro ANVISA válido, compatibilidade com HDF e HD, monitorização avançada, sistema de desinfecção automatizado, bomba de heparina integrada, cálculo de Kt/V em tempo real e conformidade com normas de segurança e eletromedicina

OBSERVAÇÃO: Sugerimos seguir com a aquisição do **B BRAUN**, modelo **DIALOG+ HDF ONLINE**

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
06/03/2025	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	

Fabrício L. F. Tourinho  
Gerente de Engenharia Clínica  
CREA-BA 79626  
Santa Casa da Bahia