



Hospital  
SANTA IZABEL

# AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS


Este formulário é destinado apenas a um tipo de equipamento a ser avaliado

A

Equipamento:	Processo	Quantidade	Convênio	Valor disponível (R\$)
000282-Sistema de Hemodinâmica	010/2025	01	958900/2024	3.452.400,00

É padronizado?	Nº da SC	Data da abertura da SC	Data da aprovação da SC	Data da aprovação do convênio
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				23/12/2024

Item 1 - Sistema de Hemodinâmica					
Fornecedor:	Siemens				
Fabricante:	Siemens				
Modelo:	ARTIS Q CEILING				
Prazo de Garantia	12 meses				
Assistência Técnica					
ANVISA	10345162023				
VALOR TOTAL	USD 530.320,00				
<b>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</b>					
<b>EQUIPAMENTO DA SIEMENS, modelo ARTIS Q CEILING:</b> O registro do equipamento na ANVISA está válido. O equipamento atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência. A solução ofertada contempla os principais aspectos exigidos, incluindo registro ANVISA válido, detector plano digital, softwares avançados para procedimentos intervencionistas, mesa angiográfica motorizada, assistência técnica nacional e treinamento operacional adequado					
<b>OBSERVAÇÃO: Sugerimos seguir com a aquisição do Equipamento SIEMENS, modelo ARTIS Q CEILING.</b>					

Data	Responsável Técnico	Assinatura e Carimbo
06/03/2025	Nome: Fabrício Lobo Ferreira Tourinho Engenheiro Clínico / CREA BA nº 79626	

**Fabrício L. F. Tourinho**  
Gerente de Engenharia Clínica  
CREA-BA 79626  
Santa Casa da Bahia